

RAPPORTO DI PROVA 00067192011C
PIEZOMETRI 152/06

R.G.A. **0006719** del **31/10/2011** Richiesto da Settore Risorse Idriche (Ufficio)
 Prelevato da Campari Elisabetta il **31/10/2011** - 09:00 Verbale 14CE11
 in riferimento alla normativa D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V All.5 tab.2 (acque siti contaminati)

Dati relativi al campione

Luogo di prelevamento Identificativo Punto Prelievo
 ARCENE (BG) PO0160110R0011
 Descrizione punto prelievo Ponti - Monitoraggio Cromo VI
 Campione integro Totale prelevato 1,5 l n° aliquote 3

ARPA Dipartimento di Bergamo ha ricevuto il campione il **31/10/2011** alle 11:28, per la determinazione dei parametri sotto elencati.
 Il campione è stato aperto il **31/10/2011** alle 15:00 ed è stato chiuso il **08/11/2011** alle 11:22.
 Le analisi sono state verificate da **Gallinari S.**

Risultati analisi

Parametro	Valore	Unità di misura	Metodica	Min	Max
Freon 141 B	< 2	µg/L	MT.BG.005 Rev. 02		
Freon 11 (Triclorofluorometano)	< 0,15	µg/L	MT.BG.005 Rev. 02		
Triclorometano	< 0,15	µg/L	MT.BG.005 Rev. 02		0,15
Bromo-dicloro-metano	< 0,17	µg/L	MT.BG.005 Rev. 02		0,17
Dibromo-cloro-metano	< 0,13	µg/L	MT.BG.005 Rev. 02		0,13
Tribromometano	< 0,3	µg/L	MT.BG.005 Rev. 02		0,3
Tetracloruro di carbonio	< 0,15	µg/L	MT.BG.005 Rev. 02		
Tricloroetano 1,1,1	< 0,5	µg/L	MT.BG.005 Rev. 02		
Tricloroetilene	1,6	µg/L	MT.BG.005 Rev. 02		1,5
Tetracloroetilene	< 0,5	µg/L	MT.BG.005 Rev. 02		1,1
Cromo VI	122	µg/L Cr	APAT-IRSA 3150-C /03		5

Parere di conformità

Giudizio **NON CONFORME**
 Data giudizio **09/12/2011** ore 14:47

Analisti Bertazza D., Pezzerà E.

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione sopra indicato. Tale rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.

Il Dirigente ad interim della sede laboratoristica
Dr.ssa Patrizia Vannini

Chimico Dirigente
dott. Gallinari Sergio

RAPPORTO DI PROVA 00067182011C
PIEZOMETRI 152/06

R.G.A. **0006718** del **31/10/2011** Richiesto da Settore Risorse Idriche (Ufficio)
 Prelevato da Campari Elisabetta il **31/10/2011** - 09:00 Verbale 14CE11
 in riferimento alla normativa D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V All.5 tab.2 (acque siti contaminati)

Dati relativi al campione

Luogo di prelevamento Identificativo Punto Prelievo
 TREVIGLIO (BG) PO0162190R0340
 Descrizione punto prelievo Az. Agr. Maffei Giuseppe
 Campione integro Totale prelevato 1 1 n° aliquote 1

ARPA Dipartimento di Bergamo ha ricevuto il campione il **31/10/2011** alle 11:26, per la determinazione dei parametri sotto elencati.
 Il campione è stato aperto il **31/10/2011** alle 14:00 ed è stato chiuso il **31/10/2011** alle 15:13.
 Le analisi sono state verificate da **Gallinari S.**

Risultati analisi

Parametro	Valore	Unità di misura	Metodica	Min	Max
Cromo VI	108	µg/L Cr	APAT-IRSA 3150-C /03		5

Parere di conformità

Giudizio **NON CONFORME**
 Data giudizio **09/12/2011** ore 14:46

Analisti Pezzera E.

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione sopra indicato. Tale rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.

Il Dirigente ad interim della sede laboratoristica
Dr.ssa Patrizia Vannini



Chimico Dirigente
dott. Gallinari Sergio

